

FW: Richiesta dati tecnici TAC OPTIMA CT660 (A5311013)

Da : Correale, Marco (GE Healthcare) <Marco.Correale@ge.com>

mar, 01 giu 2021, 21:58

Oggetto : FW: Richiesta dati tecnici TAC OPTIMA CT660 (A5311013)

1 allegato

A : Antonino Sirignano <asirignano@mail.aslavellino.it>

Cc : Carmine Scaperrotta <cscaperrotta@mail.aslavellino.it>, ~Health AssistenzaGeSud <assistenzaGeSud@ge.com>

Buonasera ing Sirignano,  
le inoltro lo stralcio che il collega ha inviato in merito alla richiesta dei dati tecnici dell'alimentazione per il sistema in oggetto:

2.2 Rating

The system operates on three-phase power that meets the following specifications:

**For 100kVA Standard**

- Voltage: 200 to 240VAC, 380 to 480 VAC
- Capacity: 100 kVA
- Frequency: 50 or 60 Hz  $\pm$  3 Hz
- Maximum power demand = 100 kVA @ 0.85 PF at a selected technique of 140 kV, 515 mA.
- Average effective (RMS) power demand at maximum duty cycle = 20 kVA.
- Idle power demand (without rotation and X-ray) = 5 kVA.

Se ha necessità di altro non esiti a farcelo sapere.

Saluti  
Marco Correale  
Service Account leader  
Ge Healthcare  
  
M. +39.347.6056299  
[Marco.Correale@ge.com](mailto:Marco.Correale@ge.com)  
Via Galeno,36  
20126 Milano, Italia  
Ge Imagination at work

-----Original Message-----  
From: Antonino Sirignano <asirignano@mail.aslavellino.it>  
Sent: martedì 1 giugno 2021 11:02  
To: ~Health AssistenzaGeSud <assistenzaGeSud@ge.com>  
Cc: Correale, Marco (GE Healthcare) <[Marco.Correale@ge.com](mailto:Marco.Correale@ge.com)>; Carmine Scaperrotta <[cscaperrotta@mail.aslavellino.it](mailto:cscaperrotta@mail.aslavellino.it)>  
Subject: Richiesta dati tecnici TAC OPTIMA CT660 (A5311013)

Salve,  
si richiede cortesemente di fornire le caratteristiche tecniche di alimentazione del tomografo assiale computerizzato modello CT660 (sn A5311013) installato presso il reparto di Diagnostica per Immagini del P.O. di Ariano Irpino (AV) con particolare riferimento ai dati di potenza elettrica.  
Certi di un celere riscontro, cordialità

--  
Ing. Antonino Sirignano  
U.O.C. Tecnico Patrimoniale ASL AV  
Servizio Ingegneria Clinica  
Tel: 0825.877897  
Mob: 329.7648686

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2006/679 e D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii/) le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualsiasi modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo, gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun modo il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio o dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

12 Rating

image002.png  
197 KB