



**ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI  
FONDAZIONE "G. PASCALE" -NAPOLI**

**-Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Fisica Sanitaria-**

Prot. ER\_AI\_01/20

Napoli, lì 20.05.2020

**Al Direttore Sanitario del P.O. di Ariano Irpino  
Dott. Angelo Frierio**

**Al Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Dott. Daniele Filippone**

**Al Responsabile delle Apparecchiature  
Radiologiche -ASL Avellino  
Dott. Lanfranco Musto**

**- LORO SEDI -**

Oggetto: Parere di idoneità del sito RM del Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino.

Facendo seguito alla nota mail del 19.05.2020, visti i vincoli strutturali degli ambienti messi a disposizione per la realizzazione del nuovo sito RM del Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino, si è proceduto, congiuntamente alla U.O.C. Tecnico Patrimoniale, alla ottimizzazione della distribuzione degli ambienti e loro dimensionamento in modo da rispettare i requisiti minimi previsti dalle linee guida INAIL e dal D.M. 10.10.2018 (G.U. serie generale n. 236) in relazione ai locali che debbono essere necessariamente presenti all'interno del sito RM.

Una ulteriore ottimizzazione degli spazi disponibili potrà essere attuata sulla base di eventuali minori vincoli di volume legati alla sala magnete e/o al locale tecnico, ipotesi che potrà essere valutata solo successivamente con le Ditte che parteciperanno alla gara di fornitura del tomografo RM.

Alla presente si allega dettaglio planimetrico con distribuzione ottimizzata degli ambienti del sito RM. Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

**L'Esperto Responsabile Sicurezza RM  
Dott. Vincenzo Cerciello**

**L'ESPERTO RESPONSABILE della SICUREZZA  
In RISONANZA MAGNETICA  
Dott. Vincenzo Cerciello**

P.O. ARIANO IRPINO  
 PLANIMETRIA LIVELLO 1  
 Dettaglio Ala "Diagnostica per Immagini"

ELABORATO E02

